

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ  
Број: I-01-527/6  
Датум: 06.06.2014. године

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН 5/14

**Предмет:** Појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 5/14

**Питање бр. 1:** Да ли уређаји из Партија 1 или 2 могу да буду и од других произвођача?

**Одговор бр. 1:** Пожељно је да буду од наведених произвођача, мада могу и од других уколико сматрате да су довољно добри.

**Питање бр. 2:** Да ли Партија 1 подразумева орбитални шејкер и где се може понудити орбитални шејкер у табели, на страни 20?

**Одговор бр. 2:** За Партију 1, пошаљите нам понуду за остале четири ставке (1.1-1.4), дакле без орбиталног шејкера.

**Питање бр. 3:** Да ли Вам је потребан микробиолошки кабинет или ламинарна комора?

**Одговор бр. 3:** Потребна нам је Ламинарна комора за хелијску собу.

**Питање бр. 4:** Шта се подразумева под постољем за Safe Fast Top 212 и UV лампом? Да ли ови додаци могу да буду већ у склопу кабинета?

**Одговор бр. 4:** Постоље за Safe Fast Top 212 и UV лампа су саставни делови Ламинарне коморе, неки произвођачи их праве засебно, али могу бити и у склопу Ламинарне коморе.

**КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈН 5/14**