

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
Број: VI-03-883/12
Датум: 09.10.2014. године

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН 6/14

Предмет: Појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 6/14

Партија 1

Питање бр. 1: Да ли је прихватљива комора корисне запремине 52Л?

Одговор бр. 1: Није прихватљива.

Питање бр. 2: Да ли је прихватљива температура стерилизације и топљења 110-123 °С и 60-100 °С, респективно?

Одговор бр. 2: Температура стерилизације и топљења је, у складу са техничком спецификацијом, **110-123 °С (стерилизације) и 60-100 °С (топљења).**

Могуће је да је због некомпатибилности рачунарских програма ознака за степен Целзијус °С приказана као 0 (нула) С.

Партија 3

Питање бр. 1: Да ли је прихватљива пипета од 0,5-10μL, уместо пипете од 0,1-10μL?

Одговор бр. 1: Да. Дошло је до техничке грешке приликом куцања. Тражена пипета је пипета 0,5-10μl.

Питање бр. 2: Да ли се под четири цифре на дисплеју подразумева дигитални дисплеј или класични дисплеј где се запремина подешава втрешем навоја?

Одговор бр. 2: Подразумева се класични дисплеј.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈН 6/14