

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ  
Број: VI-03-883/16  
Датум: 10.10.2014. године

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН 6/14

**Предмет:** Појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности  
ЈН 6/14

**Партија 4**

**Питање бр. 1:** У датој техничкој спецификацији, наведено је да је потребан температурни опсег од  $-4^{\circ}\text{C}$  до  $99,9^{\circ}\text{C}$ . С обзиром да већина произвођача испуњава опсег од  $4^{\circ}\text{C}$  до  $99,9^{\circ}\text{C}$ , да ли се ради о грешци?

Такође, као опсег градијента навели сте опсег од  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $99^{\circ}\text{C}$ . Већина произвођача нема у понуди такав распон, већ уобичајени од  $30^{\circ}\text{C}$  до  $99^{\circ}\text{C}$ .?

**Одговор бр. 1:** Температурни опсег је  $4^{\circ}\text{C}$  до  $99,9^{\circ}\text{C}$ . Опсег градијента од  $30^{\circ}\text{C}$  до  $99^{\circ}\text{C}$ . Цртица испред бројева једноставно означава одвајање од текста.

**КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈН 6/14**